# 福祉用具ヒヤリハット情報

Case：210

## シートごと、ベッドから転落しそうになる

### 場面の説明

使用したスライディングシートをそのままにしていたため、利用者がスライディングシートごとベッドから落ちそうになった




| | |
|---|---|
| 利用シーン | 起居・就寝<br>移乗 |
| 主な利用場所 | 寝室 |
| 介護保険の種目 | 特殊寝台付属品 |
| 分類コード(CCTA95) | 123306(体位変換用シーツ) |
| 介護テクノロジー | ― |
| 二次元バーコード | |

### 解説

スライディングシートを使った後にそのまま除去し忘れ、シートを敷いたまま体位交換をして、目を離してしまいベッドからすべり落ちそうになったとのことです。ちょっとした不注意ですが大ケガにつながりかねない事例です。福祉用具を安全に利用するには、用具の特性を理解し、危険を予測することが大切です。

### 参考要因

人：すぐ後に使用するつもりで、そのままにしていた
モノ：スライディングシートはよくすべる

Copyright 2000-2012 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.