


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 28

ベッドとポータブルトイレの間に入り込んでしまい、ケガをしそうになる

場面の説明

ポータブルトイレを利用しようと、一人でベッドから移乗しようとしてうまくいかなかった




利用シーン



主な利用場所



介護保険の種目



分類コード(CCTA95) 091203(ポータブルトイレ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

ひとりで移乗できない人が、介助者を呼ばずに移乗したため、このような状態になってしまうことがあり、ポータブルトイレをベッドサイドに置くこと自体が事故のきっかけとなることも考えられます。また、キャスタ付きのベッドの場合は、移乗の際にベッドが動いてしまうことが考えられるため、キャスタのロックを確認するなど、安全を確保しましょう。

参考要因

- 人：移乗をひとりでできる身体状態ではなかった
- 人：ベッドのキャスタのロックをかけ忘れていた
- 環境：床面がすべりやすかった
- 環境：ベッドとポータブルトイレの高さが適切ではなかった
- 環境：ベッドとポータブルトイレの間に隙間があった