


Case : 319

ベッドの上に立ち上がり、窓から転落しそうになる

場面の説明

認知機能の低下や一時的な不穏症状などにより、ベッドの上に立ち上がり、窓から転落しそうになった



利用シーン

その他

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台

分類コード (CCTA95) 181209 (電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

認知機能の低下や一時的な不穏症状などがあり、外出したい欲求の強い人におこる現象です。ベッドの高さが窓枠と近くなると、ベッドを踏み台にして窓から出ようとする事例があります。そのような場合、ベッドを窓から離すか、ベッドの低床設定、感知器の設置等を検討しましょう。

参考要因

人：認知機能の低下や一時的な不穏症状、外出したい衝動などがあった

人：介助者の行動を予測した対応が不足していた

環境：窓にベッドが近かった。窓枠に足をかけやすい高さにベッド高が設定されていた