


Case : 91

ポータブルトイレの便蓋がわれ、ケガをしそうになる

場面の説明

誤って便蓋の上に座ってしまった




利用シーン



主な利用場所



介護保険の種目



分類コード (CCTA95) 091203 (ポータブルトイレ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

便蓋を開き忘れる単純な失敗のほか、夜間でよく見えないことが原因であったり、寝ぼけていた可能性もあります。注意をすれば解決できる事例ではありますが、注意が不十分になりがちな利用者は、あらかじめ便蓋を開けておくなど、予防策を講じることも必要でしょう。

参考要因

人：便蓋が下がっていることに気がつかなかった
人：寝ぼけていて注意力に欠けていた
環境：部屋が暗くて見えづらかった