福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：201

キャスタのロックがかかっておらず、ベッドが移動して転倒しそうになる

場面の説明

ベッドのキャスタのロックがかかっていなかったため、ベッドに腰掛けたはずみでベッドが動いてバランスを崩した



利用シーン	起居・就寝 移乗 立ち座り
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

キャスタ付のベッドは、掃除の際に動かせるなど便利な面もありますが、立ち座りの際に不意に動いてしまっては危険です。ロックのかけ忘れに注意しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：キャスタのロックをかけ忘れた
環境：ベッドを部屋の端に寄せていたため、壁側のロックがかけられなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2025 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：201

キャスタのロックがかかっておらず、ベッドが移動して転倒しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

ベッドのキャスタのロックがかかっていなかったため、ベッドに腰掛けたはずみでベッドが動いてバランスを崩した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2025 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.