

Case : 202

ついた手がすべってしまい、転落しそうになる

場面の説明

起き上がろうとマットレスに手をついたところ、マットレスの端に手をついたため手がすべり、転落しそうになった



利用シーン	 起居・就寝  移乗  立ち座り
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

寝返りから起き上がりをするときでしょうか。この状態からの転倒・転落では、大ケガにつながりかねません。利用者の握力など身体状況も要因ではありますが、マットレスの柔らかさや構造も要因に挙げられます。このようなことが頻繁に起こるようでしたら、マットレスの交換を検討してはいかがでしょうか。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：手をマットレスの端についた
- モノ：すべり易い生地マットレスだった
- モノ：マットレスの端が柔らかかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 202

ついた手がすべってしまい、転落しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

起き上がろうとマットレスに手をついたところ、マットレスの端に手をついたため手がすべり、転落しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ