
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：202
ついた手がすべってしまい、転落しそうになる

場面の説明

起き上がろうとマットレスに手をついたところ、マットレスの端に手をついたため手がすべり、転落しそうになった



利用シーン	起居・就寝 移乗 立ち座り
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

寝返りから起き上がりをするときでしょうか。この状態からの転倒・転落では、大ケガにつながりかねません。利用者の握力など身体状況も要因ではありますが、マットレスの柔らかさや構造も要因に挙げられます。このようなことが頻繁に起こるようでしたら、マットレスの交換を検討してはいかがでしょうか。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：手をマットレスの端についてしまった
モノ：すべり易い生地のマットレスだった
モノ：マットレスの端が柔らかかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：202


ついた手がすべってしまい、転落しそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

起き上がろうとマットレスに手をついたところ、マットレスの端に手をついたため手がすべり、転落しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.