福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：109

尿とりパッドを数枚重ねて使用し、尿が漏れそうになる

場面の説明

尿漏れが多いため、尿とりパッドを数枚重ねて使用していた



利用シーン	排泄
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	ー
分類コード (CCTA95)	093003 (おむつ)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

尿とりパッドの吸収量には限界があり、たとえ複数の尿とりパッドを重ねて使用したとしても、効果は期待できません。尿量の把握と、それにあった吸収量の紙おむつの使用が適当でしょう。また、おむつの当て方によっては漏れ具合も変わってきますので、一度介護用品の専門店などで適切な方法を学ぶことをお勧めします。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：重ねて使用しても効果がないことを知らなかった
環境：適切な使用方法を教えてくれる人が周囲にいなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2025 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.