
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：185

運搬のためボードを持とうとしたところ、外れて転倒しそうになる

場面の説明

ベッドを動かそうとして、ボードをつかんで持ち上げようとしたところ、ボードが抜けてしまい転倒しそうになった



利用シーン	その他
主な利用場所	その他
介護保険の種目	特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	ー
二次元バーコード	

解説

多くのベッドでは、洗髪などの目的でヘッドボードやフットボードが簡単に取り外せるような構造になっています。ベッドを熟知した人であれば、運搬前にロックを確認するなど安全を確保するでしょうが、在宅では家族がベッドを移動する場面もありますので、注意を喚起することが大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：ベッドの正しい運搬方法を理解していなかった
管理：ボードがしっかりと固定されていなかった

作成：公益財団法人テクノエイド協会
Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.