

Case : 294

歩行器がベッドや床に落ちた布団に引っかかり転倒しそうになる

## 場面の説明

夜間トイレへ行こうとした際、床に落ちた布団に引っかかって転倒しそうになった



利用シーン	 起居・就寝  立ち座り  移動  夜間
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 歩行器
分類コード (CCTA95)	120606 (歩行車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

## 解説

夜間の暗い中での移動において、障害物を予想・認識できなかったことなどが原因です。動線が確認できる明るさになるよう工夫することや、日頃から動線上に障害物が邪魔しないようベッドに布団止めを設置する、ベッド間のスペースを広くとるなどの対策も必要です。こたつ布団やカーペットの縁でも引っかかることがあります。

## 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：床の障害物を予想・確認していなかった
- 人：寝ぼけていた
- 環境：暗くて周囲の状況が確認できなかった
- 環境：動線上に障害物があった