福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：213


介助者の手が触れて電源が落ちてしまい、空気が流れなくなる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

不意に介助者の手がエアマットのポンプに触れて電源が落ちてしまったが、介助者がそれに気づかなかったため、空気が流れなくなってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.