福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：309


片脚タイプのベッド用テーブルを使用中に背上げをしたら、本人が挟まれそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

テーブルを装着した状態で、介護者は背を下げる操作をするつもりだったが、ボタンを間違え上げてしまっていることに気が付かないまま、テーブルとベッドの間に本人が挟まれそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.