福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：347


ポータブルトイレの蹴込みに脚をひっかけて起き上がり、下腿前面をけがしそうになる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

起き上がり動作をポータブルトイレ前面の蹴込みに足を引っ掛け、てこにして行っていた。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.