

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 392

介護用ベッドの昇降機構に挟まった異物を取り除いたとたん寝床のフレームが落下した

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

家族が昇降機構がある介護用ベッドの下部に異物挟まっていることに気づき、手を入れて取り除いたところ、寝床のフレーム部分が落下し怪我をしそうになる



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ