福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付：	所属：	氏名：

Case：83


リフトを使用中、利用者の身体が回転してしまう

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

浴室でリフトを使用中、介助者が利用者の身体から手を離してしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ

作成：公益財団法人テクノエイド協会

Copyright 2026 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.